

# Медицинские изделия временного применения

МИ временного применения: МИ, которое при эксплуатации в соответствии с инструкцией предназначено для непрерывного применения в течение не более 30 сут

Источник: "ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ Р 51609-2000"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 140-ст)