

Метод поверки резервуара динамический объемный

Объемный динамический метод поверки резервуара: метод поверки, заключающийся в определении вместимости резервуара путем непрерывного наполнения его поверочной жидкостью и одновременных измерениях уровня, объема и температуры поверочной жидкости для каждого изменения уровня на 1 см (10 мм)

Источник: " ГОСТ 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки"

(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 23.04.2001 № 185-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/15875/>