

Стерилизация изделий медицинского назначения

Стерилизация изделий медицинского назначения - уничтожение (умерщвление) на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития, включая споровые формы

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 18.05.2010 № 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (вместе с "СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2010 № 18094)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/20202/>