

Пирометрический преобразователь первичный

Первичный пирометрический преобразователь: часть пирометра, в котором непосредственно осуществляется преобразование энергии излучения в сигнал измерительной информации

Источник: " ГОСТ 28243-96. Пирометры. Общие технические требования"

(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20.01.2003 № 18-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/21322/>