

Градуированная вместимость шприца

Градуированная вместимость (graduated capacity): объем воды при температуре $(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$ (или, в тропических странах, $(27 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}$), вытесненный из шприца при пересечении линией отсчета на поршне определенного интервала или интервалов шкалы

Источник: " ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 20.10.2009 № 459-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25708/>