

# Медицинские изделия кратковременного применения

МИ кратковременного применения: МИ, которое при нормальной эксплуатации предназначено для непрерывного применения в течение не более 60 мин

Источник: "ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ Р 51609-2000"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 140-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/27014/>