

# Метод поверки резервуара статический объемный

Объемный статический метод поверки резервуара: метод поверки, заключающийся в определении вместимости резервуара путем наполнения его отдельными дозами поверочной жидкости и одновременных измерениях уровня, объема и температуры поверочной жидкости для каждого изменения уровня в пределах от 10 до 100 мм

Источник: " ГОСТ 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки"

(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 23.04.2001 № 185-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/2983/>