

# Порог чувствительности уровнемера

Порог чувствительности уровнемера: наименьшее значение изменения уровня жидкости, начиная с которого может быть осуществлено измерение уровня

Источник: " ГОСТ Р 8.660-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1104-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/29942/>