

# Медицинские изделия длительного применения

МИ длительного применения: МИ, которое при эксплуатации в соответствии с инструкцией предназначено для непрерывного применения в течение более 30 сут

Источник: "ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ГОСТ Р 51609-2000"

(утв. Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 № 140-ст)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4677/>